

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA  
MALE VREDNOSTI**

**PREDMET JAVNEGA NAROČILA:**

**»NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO«**

**Naročnik: Zdravstveni dom Laško  
Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO**

Int. št. :NMV-S-02/2017

Datum: 23. 10. 2017

## I. POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

### **Predmet javnega naročila: »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo«**

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Zdravstveni dom Laško; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi merila iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o nadgradnji vozila v reševalno vozilo.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v skladu z ZJN-3 in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

Za pravočasno bodo štejele ponudbe, ki bodo prispele na naslov Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO **do 15. 11. 2017 do 9.ure.**

Javno odpiranje ponudb bo dne **15. 11. 2017 ob 12.00** uri v prostorih sejne sobe naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Greta Erazem.

E- mail naslov: greta.erazem@zd-lasko.si

Telefon: 03 734 36 45

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih kuvertah z oznako »NE ODPIRANJ – PONUDBA ZA NADGRADNJO VOZILA V REŠEVALNO VOZILO«. Na kuverti mora biti jasno označen naslov ponudnika. V ta namen ponudnik lahko uporabi obrazec OBR-10 - naslovnica, ki jo nalepi na ovojnico.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno in pravilno označene.

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. Prepozno ponudbo naročnik po končanem odpiranju ponudb neodprto vrne ponudniku z navedbo, da je bila prepozna.

Direktorica  
mag. Janja Knapič

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 1. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je »**Nadgradnja vozila v reševalno vozilo**« za potrebe Zdravstvenega doma Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško. Reševalno vozilo je namenjeno za nujne in nenujne reševalne prevoze pacientov.

Delitev na sklope: NE

### 2. Vrsta postopka

Naročilo se oddaja po postopku naročila male vrednosti, skladno z določili ZJN-3.

### 3. Komunikacija z naročnikom

Naročnik še nima vzpostavljenega informacijskega sistema, ki bi zagotavljal pogoje oddaje elektronskih ponudb. Zato naročnik ne more sprejemati elektronskih ponudb.

### 4. Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

### 5. Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 11.II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točke 11.II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

### 6. Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (OBR-1) navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike).

Ponudnik mora v ponudbi:

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 11. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

## **7. Skupna ponudba**

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezní akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. Omenjeni pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja ponudbe in v primeru izbire, tudi časa trajanja pogodbe.

Iz akta o skupnem nastopanju mora nedvoumno biti razvidno najmanj naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v postopku javnega naročanja v zvezi z njihovo osnovno sposobnostjo, pravnim statusom, sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko in finančno sposobnost ponudnika iz teh navodil (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje in predložiti dokazila za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe, kot so zahtevani pod točkami 11., 12. in 13.). Zahteve in pogoje za priznanje za tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

## **8. Pojasnila razpisne dokumentacije**

Naročnik bo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredoval in objavil na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo šteta vsaka zahteva za dodatno pojasnilo, če bo posredovana najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb. Pojasnila so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu: <http://www.enarocanje.si>).

## **9. Dopolnitev in spremembe razpisne dokumentacije**

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil.

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval razpisne dokumentacije.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

## **10. Sestanek s potencialnimi ponudniki**

Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo.

## **11. Zaupnost podatkov in postopka**

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 22. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 19/14, 50/14 in 19/15 - odl. US).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti napisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti specifikacija ponujenega blaga, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost, bo naročnik takšno ponudbo kot nepravilno izločil iz nadaljnjega postopka.

### **III. PONUDBA**

#### **1. Jezik ponudbe, variantne ponudbe in stroški ponudbe**

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Zahtevana originalna potrdila oziroma izjave naj bodo prevedene v slovenski jezik. Vsa dokazila za izpolnjevanje sposobnosti, ki so v tujem jeziku, morajo biti prevedena v slovenski jezik. Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji original dokumenta v tujem jeziku, zraven pa slovenski prevod dokumenta.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok.

Ponudnik variant ne dopušča.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

#### **2. Predložitev ponudbe**

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe sledi navodilom: ponudba, s ponudbeno dokumentacijo, mora biti izdelana na obrazcih oz. dokumentih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednje dokumente:

1. Obrazec ponudba (OBR-1)
2. Izpolnjen predračun (OBR-2)
3. ESPD obrazec
4. Izjava o izpolnjevanju ekonomskih in finančnih pogojev (OBR-3)
5. Izjava o servisiranju in dobavi (OBR-4)
6. Izjava o skladnosti (OBR-5)
7. Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe (OBR-6)
8. Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-7)
9. Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8)
10. Vzorec parafirane pogodbe (OBR-9)
11. Naslovnica (prilepiti na ovojnico) (OBR-10)

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1)
- ESPD obrazec
- Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva
- Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Ponudbo (OBR-1)
- ESPD obrazec
- Dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz točke 13 II. poglavja te dokumentacije
- Pooblastilo za podpis skupne ponudbe.

Naročnik bo kot nepopolno zavrnil tudi tisto ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem zahtevam naročnika. Zahteve naročnika so opredeljene v tehnični specifikaciji naročnika OBR-10. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

### **3. Izpolnitev razpisne dokumentacije oziroma celotne ponudbe**

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo, ki se je ne da izbrisati brez posebnih sredstev za brisanje.

Ponudnik podpiše, žigosa in parafira vsako stran vzorcev pogodbe. Prav tako izpolni, podpiše in žigosa vse ostale obrazce.

Zaradi preglednosti naj bodo ponudbeni obrazci ločeni s pregradnimi kartoni ali barvnimi listi. Vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, naj bodo zvezani z dovolj dolgo vrvico, ki omogoča listanje dokumentov, in zapečateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata.

### **4. Listine v ponudbi**

Vsi dokumenti morajo biti predloženi v originalu ali fotokopiji, ki jih ni potrebno notarsko overiti.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te razpisne dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudbe.

### **5. Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe**

Ponudnik lahko do roka za odpiranje ponudb ponudbo dopolni, spremeni ali umakne in sicer s pisnim obvestilom, ki mora k naročniku prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudbe. V primeru umika bo naročnik ponudbo izločil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil ponudniku.

Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto, označeno in dostavljeno tako kot oddaja ponudbe, na ovojnici mora biti dodatno označeno »SPREMEMBA PONUDBE« oziroma » DOPOLNITEV PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE, navesti predmet naročila, številko objave javnega naročila, naročnikov naslov in na hrbtni strani ponudnikov naslov.

### **6. Popravljanje napak**

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebni za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravke parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

## **7. Dopustne dopolnitve ponudbe**

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

## **8. Navedba zavajajočih podatkov**

V primeru, da bo naročnik v skladu z zakonskimi določili in določili te razpisne dokumentacije ugotovil, da so dokazila v ponudbi neresnična in zavajajoča, bo takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.

## **9. Stroški priprave ponudbe**

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi,...).

## **10. Ugotavljanje sposobnosti in obvezni pogoji za sodelovanje**

Ponudnik mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, določene v tej točki, da lahko sodeluje v postopku.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.



Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: (razlogi za izključitev na podlagi prvega odstavka 75. člena ZJN-3).

## **11. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA:**

### **A. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami:**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (190. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (191. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (192. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (193. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (194. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (195. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (196. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (197. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (198. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (199. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređjenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257a. člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

### **B. Razlogi, povezani s plačilom davkov in prispevkov za socialno varnost:**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

### **C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil:**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

1. Zaradi kršitve obveznosti na področju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega prava. Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki navaja temeljno načelo javnega naročanja in sicer, da morajo gospodarski subjekti pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, določene v pravu EU in veljavnih predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava (točka a, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
2. Če je gospodarski subjekt v stečaju ali v postopku zaradi insolventnosti; če ima gospodarski subjekt dogovor z upniki, če je gospodarski subjekt v položaju podobnem stečaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ali če s sredstvi upravlja stečajni upravitelj in če so poslovne dejavnosti začasno ustavljene. (točka b, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
3. Zaradi hujše kršitve poklicnih pravil, če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil; če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi dokaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, s čimer je omajana njegova integriteta; (točka c, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);
4. Zaradi dogovora z upniki; če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitev; (točka č, 6. odstavek 75. člena ZJN-3);

5. Zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence, zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila; če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. Člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi ; (točka d, 6 odstavek 75. člena ZJN-3);
6. Zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila; če izkrivlja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
7. Zaradi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila.
8. Zaradi predčasne odpovedi pogodbe, odškodnine ali druge primerljiva sankcije.
9. Naročnik bo izločil ponudnika, če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoječega razloga za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3. Prav tako bo naročnik izločil gospodarski subjekt, če je le ta poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključiti, izboru ali oddaji javnega naročila; (točka g in h, 6 odstavek 75. člena ZJN-3).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

#### **D. Nacionalni razlogi za izključitev :**

1. Glede na nacionalno določbo vezano na evidenco z negativnimi referencami, mora naročnik izločiti gospodarski subjekt, če je na dan oddaje ponudbe uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (točka a, 4 odstavek 75. člena ZJN-3);
2. Glede na nacionalno določbo, mora naročnik izločiti gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka z oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

## **12. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI**

Ponudnik mora za veljavnost ponudbe podati izjavo, da dejavnost, ki je predmet javnega naročila lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni ali drug ustrezen register. Glede na 3. in 4. odstavek 76. Člena ZJN-3 določi naročnik sledeče pogoje za sodelovanje: vpis v ustrezen poklicni register, vpis v poslovni register, za storitve posebno dovoljenje, za storitve posebno članstvo.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

## **13. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST**

Ponudnik v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, šteto od dneva odpiranja ponudb, enako nič. .

**Dokazilo:** Predložitev ustreznega BON obrazca. Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.

Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni na dan določen za predložitev ponudb.

Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

**Dokazilo:** Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3).

Ponudnik mora za dobavljeno blago nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči od datuma podpisa primopredajnega zapisnika ob opravljeni uspešni primopredaji posla in pravilno izstavljenega računa.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**Dokazilo:** ESPD obrazec

#### **14. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST TER OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO NAROČILA**

Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za nadgradnjo vozila in opremo na območju Republike Slovenije in z izjavo zagotoviti da:

- bo vozilo dobavil najkasneje v roku 120 dni od datuma sklenitve pogodbe in da bo dostava in prevzem vozila na sedežu Zdravstvenega doma Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško;
- bo ponudnik zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo;
- bo ponudnik zagotovil garancijo za predelavo vozila in materiale 36 mesecev od dneva uspešne primopredaje vozila;
- bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vgrajeno opremo, ki mora biti zagotovljen v roku 5 delovnih dni od prijave okvare/napake. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele za dobavljeno opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

**Dokazilo:** Izjava o servisiranju in dobavi (OBR-4).

#### **Izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika za vozilo**

##### **Reševalno vozilo Tip C – modularna izvedba bolniškega prostora**

#### **USTREZNOST ZAHTEV ZA REŠEVALNO VOZILO**

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C. Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

1. Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015.
2. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.3.
3. Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.4.

4. Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.1.
5. Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.2.
6. Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.6.
7. Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.7.
8. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.9.
9. Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 6.3.8. in EN ISO 9170-1:2008.
10. Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789.
11. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 12218.
12. Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.
13. Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4.
14. Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.

Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu medicinske pomoči. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m<sup>2</sup>. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.

Vozilo mora biti opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje oznache morajo biti iz samolepilne folije proizvajalca 3M v oranžni fluorescentni barvi RAL 3024 ter napisi v modri barvi. Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

V ponudbeni dokumentaciji morajo biti predložena dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015:

- Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015;
- Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789-2007+A2:2015 ;
- Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije skladno s standardom EN 1789-2007+A2:2015;
- Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju, iz katerega je nedvoumno razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno vozilo;
- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg;
- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega;

- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg;
- katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:  
dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN SIST 1789-2007+A2:2015, registrirane v eni izmed držav Evropske unije. Kot priloga je zahtevana akreditacija.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku treh (3) dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s katerim dokazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.

## **NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO Z OPREMO**

### ***1.1. Izvedba modula oz. nadgradnje:***

- Nadgradnja reševalnega vozila mora biti modularna oz. tako imenovana »kontejnerska nadgradnja v nadaljevanju »modul«
- Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč debeline 25 mm ter aluminijastih nosilnih stebrov in aluminijastega nosilnega ogrodja.
- Zaradi enostavnega postopka popravila mora biti obloga panelov na zunanji in notranji strani iz kompozitnih materialov debeline min. 2mm. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli in streho morajo biti v končno barvo obdelani z nanosom barvnega gelcoat-a RAL 1016.
- Streha modula mora biti narejena iz kompozitnih materialov s prostorom za integrirane modre luči ter kanalom za namestitev ventilatorja na streho vozila ter ojačana z 6 varnostnimi loki za povečano varnost v primeru prevračanja vozila.
- B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki mora pokrivati spoj med kabino in modulom.
- V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine min. 0,24m<sup>2</sup>.
- Zaradi zaščite modularne nadgradnje v primeru poškodb spodnjega dela nadgradnje ter enostavnih popravil mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala debeline 4mm (paneli se morajo končati na spodnji strani tal v bolniškem prostoru oz. s podkonstrukcijo katera mora biti pritrjena na šasijo vozila). Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula.
- Vsa vrata na modulu morajo imeti centralno zapiranje v povezavi z originalnim daljinskim zaklepanjem osnovnega vozila
- V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili.
- Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih.

Dodatno mora biti v streho vgrajeno:

- Integrirana Alu plošča za vgradnjo antene za UKV površine 0,8m<sup>2</sup>.
- Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči
- Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Ambulance«
- Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči

- Difuzor za vgradnjo ventilatorja – maksimalna višina pod zgornjim nivojem strehe
- Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje.
- Drсна vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora.
- Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščena električna bočna stopnica s samodejnim odpiranjem, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščeno stikalo za ročno zapiranje električne stopnice za servisne posege. Stikalo ne sme biti nameščeno na zunanji strani zabojnika. Nosilnost stopnice mora biti min 225kg. Stopnica mora biti kvalitetna in min. v kvaliteti STEM ali boljše.
- Pohodna stopnica z zadnje strani vozila.
- Dvojna krilna vrata na zadnji strani s fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Odpiranje zadnjih krilnih vrat do 180°; v primeru odprtja vrat do prve stopnje, ko so vrata poravnana z vozilom, mora biti omogočen zadrževalni sistem. Nobena imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo biti nameščena na zadnja krilna vrata.

Dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj za hrambo opreme za delo na terenu: Vrata zunanjih boksov morajo biti z odpiranjem 170° in z varnostnim sistemom za pridržanje.

- Boks na levi strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci morajo biti predmet ponudbe in kot taki vključeni v ponudbo:
  - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.
  - Nosilec za 2 kos jeklenka za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora.
  - Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke (2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklon jeklenk, aktivne jeklenke etc ).
  - Kardiološki stol kot v STK.
  - Zgornja polica za odlaganje.
  - Možnost odlaganja prenosnega kisika 2 lit v torbi.
- Boks na desni strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci za pritrditev navedene opreme morajo biti predmet ponudbe in kot taki so vključeni v ponudbo:
  - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa.
  - Prostor za imobilizacijsko blazino.
  - Nosilec za pobiralna nosila z oporo za glavo in pasovi.
  - Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice (K.E.D.).
  - Prostor za opremo za imobilizacijo otrok.
  - Prostor za komplet vakuumskih opornic.

## Opozorilna signalizacija

**Naročnik zavrača postavitev in pritrditev svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho vozila.**

- Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od osnovne linije strehe, signalizacije nameščena na spojlerje ali na streho ni. Vidnost mora biti zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji.
  - Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran)
    - centralni svetlobni modul z 12 LED svetlobnimi telesi
    - dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z po 4 svetlobnimi telesi – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe
    - Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila
    - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji.
  - Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran):
    - centralni svetlobni modul z min. 12 LED svetlobnimi telesi
    - Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila
    - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji
- 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.
- 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby.
- 2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby 4.
- Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis AMBULANCE. Luč ne sme odstopati od osnovne linije strehe.
- Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega napisa »Ambulance« modul z po 4 elementi POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo – v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. Namestitev levo in desno od luči »Ambulance«
- Na zadnjem delu reševalnega vozila naj bodo nameščene 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke – oranžne, 4x pozicijske luči, 1x vzvratna luč, 1x luč za meglo. Na streho zadaj sta naj nameščeni 2 delovni luči v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi.
- Na boku vozila mora biti levo in desno nameščena po ena delovna luč v LED tehnologiji s po 6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko CAN BUS sistema. Modul za upravljanje mora nahajati v vozniki kabini, desnih drsnih vratih ter pri zadnjih vratih na desni strani v bolniškem prostoru. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na grafičnem zaslonu v vozniki kabini. Vklon zadnjih delovnih luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji.
- Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80 cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu.



- Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot federal 200W z možnostjo govora.
- Zračne sirene integrirane v prednji odbijač, kompresorske z dvema trobljama. V kvaliteti enaki ali boljši kot Martin Horn GM2097. Po dogovoru (če je možno) se vgradijo naročnikove.
- Oranžna luč integrirana v zadnja vrata za opozarjanje ob odprtih zadnjih krilnih vratih.
- Signalni usmerjevalni blok oranžne barve v LED tehnologiji, upravljanje iz voznike kabine in avtomatskim vklopom, ko so odprta zadnja vrata z možnostjo ročnega izklopa bloka.
- Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in voznike kabine, kjer hrup ne sme presežati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015.

## **Bolniški prostor – osnovna oprema**

### Splošno:

- Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije voznikega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniko kabino. Delovanje in nastavitve temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v voznikem in bolniškem prostoru.
- Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika.
- Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kableskega seta po celotnem reševalnem vozilu.
- Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30 cm. Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z izvlečnim ampularijem in prostorom za namestitev električnega sistema Canbus.
- Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala.
- Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS.
- Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi poličkami in označenim prostorom za rokavice, ter dodatni odlagani prostor za tiskalnik.
- Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju.
- Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju.
- Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi.

- Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, ne drseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi ne drseč nanos, ter obloga mora biti UV obstojna.
- Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken.
- Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Pod izvlečno mizo mora biti odlagalni prostor za rjuhe. Boks mora biti certificiran skladno s standardom EN1789.
- V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti nameščeni dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranjim razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema.
- Prostor z vratci nad voziško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov.
- Koš za kužne odpadke, ter kontejner za ostre predmete morata biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila.
- Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 °C in 40 °C.
- Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 °C z dopustno toleranco +-1 °C, volumen predala mora biti 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni.
- Cev za katetre na predelni steni.
- V voziški kabini predelne stene nosilec za 2x čeladi.
- Na desnem boku v bolniškem prostoru nosilec za 1x čelado.
- Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v črni barvi.

## **Strop**

- Stropna konzola s prostorom za:
  - Zložljiv nosilec za 6 infuzijskih steklenic montiran v strop.
  - Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. Med seboj sta naj na sprednji strani povezana polkrožno.
  - Izhod za aplikator kisika 1 in 2 ločeno
  - Mrežica za spravilo maske za inhalacijo
  - 4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS
  - Sklopka

### **Leva stran (v smeri vožnje):**

- Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora:
  - EKG monitor/defibrilator, 12V vtičnica
  - prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika)
  - Prostor za aparat za mehansko oživljanje v kvaliteti enaki ali boljši kot Lucas 3
  - prenosni aspirator Weinmann accuvac rescue (dobavi naročnik), 12V vtičnica
  - namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (dva 2 kosa) in dozatorjev za na šino. Vtičnica 220V v času priklopa vozila na 220V.

### **Desna stran (v smeri vožnje):**

- Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu.
- Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. Oblazinjenje črno.

### **Osvetlitev bolniškega prostora**

- Notranje luči v LED tehnologiji naj bodo montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerikoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.
- 4 kos stropnih spot luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta.
- Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom SIST EN 1789:2007 +A2:2015

### **Elektro oprema in stikala**

- Na sredinski konzoli v vozniki kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila.
- V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega

akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp. območju od -30 do +70 stopinj C.

- Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
- Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor.
- Modul v vozniki kabini mora vsebovati naslednje funkcije:
  - Svetlobna opozorilna signalizacija:
    - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči )
    - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene )
    - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila )
    - Bele luči ( 10 sekundna omejitev delovanja belih luči – ni možna uporaba med uporabe načina »Megla« )
  - Zvočna opozorilna signalizacija :
    - Vklop / izklop sirene
    - Izbira tona
    - Horn
  - Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije
  - Klimatska naprava za bolniški prostor
    - Nastavitev temperature
    - Nastavitev ventilatorja
  - Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev
  - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj )
  - Centralni izklop
  - Tipke za pošiljanje statusov vključno z SOS statusom – 3 kos
  - Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika
  - Barvni display:
    - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev
    - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila
    - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila
    - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela
    - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto )
    - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej
    - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej
    - SOS signal iz bolniškega dela vozila ( zvočni in grafični )
- Centralni modul v bolniškem prostoru s folijsko tastaturo (namestitev na predelni steni):
  - Zaslona mora vsebovati naslednje podatke:

- Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej
- Grafični prikaz jeklenke v funkciji
- Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator
- Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije
- Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente
- Ura
- SOS
- Status zvočnikov radia
- Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki:
- Nočna bela osvetlitev
- Nočne luči
- Halogenke
- Strešni ventilator - smer vrtenje levo
- Strešni ventilator - smer vrtenja desno
- Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura )
- Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura )
- Nastavitev ventilatorja
- Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura)
- Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura)
- Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura )
- Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko
- Tipka za centralni izklop
- Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih
  - Nočna bela osvetlitev
  - Zatemnjena nočna osvetlitev
  - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
  - Tipka za centralni izklop
- Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih
  - Vklop/ Izklop nočne bele osvetlitve
  - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj)
  - Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem)
  - Tipka za centralni izklop
- Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja.
- UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru (radijsko postajo dobavi naročnik).

- Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk,
- Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%.
- Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila.
- Zunanja vtičnica 220 V v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA z blokado ob zagonu motorja vozila v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še min. 10 metrov 2,5mm<sup>2</sup> zunanjšega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu.
- 3 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem.
- 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku.
- 12V vtičnica v vozniki kabini za uporabo z navigacijsko napravo.
- Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem.
- Ura v bolniškem delu v povezavi z GPS.

### **Gretje in klimatizacija vozila**

- Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniskem in bolniškem delu vozila,
- Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora.
- Električni grelec bolniškega prostora 220V kalorifer min. 2.000W, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko računalniškega vodenega sistema za nadzor CAN-BUS pred-nastavljeno vklopno območje je med 15-25°C.
- Klimatska naprava za prednji vozniki in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz zelene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniskem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom.

### **Zunanje označbe reševalnega vozila**

- Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati:
  - fluorescentno rdeče (RAL 3024) oznake reševalnega vozila iz fluorescentne folije (v dogovoru z naročnikom),
  - znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih krilnih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila,
  - napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zdravstveni dom LAŠKO,
  - zrcalni napis URGENCA 112 na pokrovu motorja.

### **Medicinska oprema:**

- Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Umeščeni morata biti levem boku zadaj z dostopom za zamenjavo od zunaj.
- Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave.
- 2 x sklopka za kisik po DIN standardu z RFID čipom in CE0123. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani. Dodatna sklopka v stropu.
- 2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki.
- Avtomatski mehanski preklopnik med obema jeklenkama. Preklopnik mora zaznavati tlak v jeklenki in ob padcu pritiska v jeklenki avtomatsko prekopli na jeklenko z višjo vsebnostjo kisika. Preklop ne sme rabiti nobenega električnega napajanja za delovanje.
- Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). Oba izhoda kisika morata biti v stropu .
- Atestiran nosilec za zahtevan defibrilator.
- Stenski nosilec za aspirator Weinmann Accuvac (aparatus last naročnika).
- Priprava za Weinmann Medumat Standard (aparatus last naročnika).

Preostala oprema, ki naj bo dobavljena in ustrezno vgrajena oz. nameščena v dobavljeno reševalno vozilo je razvidna v nadaljevanju.

### **DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP C- MORA IMETI POLEG OSNOVNE KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO**

#### **MEDICINSKA OPREMA:**

- Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in so univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino + pasovi za pacienta + zložljivo infuzijsko stojalo, pritrditve za blazino na glavna nosila.  
Ustrezati mora CE in EN 1865, 1789.  
Podvozje glavnih nosil v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in s sistemom za varovanje v primeru prometne nesreče.  
Ustrezati mora CE in EN 1865,1789.
- **EKG monitor/defibrilator z možnostjo zapisovanja srčnega ritma in podatkov o pacientu, ki obsega:**  
12-kanalni EKG (s pripadajočim kablom) z možnostjo interpretacije EKG zapisa glede na starost bolnika, možnost svetovalne reperfuzije (trombolitična terapija); neinvazivni spodbujevalec srca z jakostjo do 200 mA z možnostjo kombinirane uporabe samolepljivih elektrod za defibrilacijo ali neinvazivno spodbujanje srca s pripadajočim kablom; modul za neinvazivno merjenje krvnega pritiska s pripadajočim kablom in manšetama dveh velikosti; modul za merjenje CO<sub>2</sub> v izdihanem zraku (kapnometrija) s pripadajočim kablom in senzorji z občutljivostjo za tlake pod 3 mmHg (sidestream kapnometrija); modul za merjenje nasičenosti hemoglobina v krvi s plini (SpO<sub>2</sub>) s pripadajočim kablom in senzorji; modul za merjenje CO s pripadajočim kablom in senzorji. Dodatni senzor za merjenje SpO<sub>2</sub>. Možnost montaže na steno BP (nosilec); bifazični defibrilator z eskalacijo 150-360 J; možnost uporabe polavtomatskega ali avtomatskega bifazičnega defibrilatorja; pediatrični modul s pripadajočimi elektrodami; modul za prenos podatkov z možnostjo prenosa posamezne anomalije EKG krivulje; modul za evidentiranje dogodkov, arhiviranje dogodkov in izpis kronologije dogodkov s pripadajočim tiskalnikom; stalnost EKG krivulje med defibrilacijo na ekranu; ekran z možnostjo hkratnega spremljanja vsaj treh EKG krivulj, (SpO<sub>2</sub> in ETCO<sub>2</sub>),

vitalnih znakov vseh možnosti, napolnjenosti baterij; avtomatski nadzor ST spojnice z alarmom ob spremembi (grozeči infarkt); stalni nadzor nad srčnim ritmom z alarmom ob življenjsko nevarnih motnjah ritma; ekran »odporen« na sončno svetlobo (možnost nastavitve kontrasta...); dve neodvisni bateriji, menjavanje baterij med delovanjem aparata brez ugašanja samega aparata; možnost posodabljanja programske opreme; 100 mm termični tiskalnik; avtomatska nastavitve zimskega / poletnega časa; zaščitna torbica, enostavno čiščenje, razkuževanje in vzdrževanje; kompatibilnost z obstoječo opremo (potrošni material); skladno z EN 60601-2-4; kakovost kot npr. MEDTRONIC LIFEPAK 15 ali enakovredno.

- **Polnilec 12V za ponujeni defibrilator.**
- **Aparat za mehansko oživljanje**
  - Namenjen za sprejemne oddelke bolnišnic, katetrskje laboratorije in ekipe NMP na terenu.
  - Mehanska naprava za srčno masažo z baterijskim in električnim pogonom.
  - Frekvenca kompresije 100 krat v minuti – po smernicah Evropskega združenja za urgentno medicino – ERC, 2 opciji – kontinuirana masaža pri oskrbljeni dihalni poti ali razmerje 30:2 pri neoskrbljeni dihalni poti. (alarm, 5 masaž pred vpihom, da se uporabnik lahko pripravi na vpih).
  - Globina kompresije 4-6 cm odvisno od pacienta – glede na smernice ERC.
  - Razmerje faze kompresija/aktivna dekompresija 50:50 – glede na smernice ERC.
  - Vakumska kapa, ki zagotavlja vrnitev prsnega koša nazaj na začetni položaj v fazi dekompresije.
  - Kompresijska sila max 600N, ki se avtomatsko prilagaja odporu prsnega koša, tako da je globina stiska med 4 in 6 cm z alarmom ob nenadni spremembi globine masaže (premik pacienta).
  - Naprava, ki je primerna za pogoje neprekinjenega postopka dela v kateterskem laboratoriju.
  - Možnost defibrilacije med delovanjem naprave.
  - Teža max. 8kg.
  - Avtonomnost baterije 45 minut, polnjenje manj kot 4 ure na sobni temperaturi.
  - Menjava baterije brez ponovnega nastavljanja aparata.
  - Življenjska doba baterije min. 3 leta.
  - Zahtevan IP43 standard.
  - Možnost kevlarске plošče, ki je prepustna za rentgenske žarke (brez senc).
  - Možnost defibrilacije med delovanjem aparata.
- **Kardiološki stol za prenos pacienta** s kolesi z gosenicami, v kvaliteti enaki ali boljši kot Styer 6252. Pozor, stol mora biti brez povezovalne cevi.
- **Pobiralna nosila** v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65EXL, opora za glavo v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 365-E, pasovi s kovinsko zaponko za fiksiranje pacienta na pobiralna nosila 5 kos.
- **Reševalni reanimacijski nahrbtnik** prazen v kvaliteti enaki ali boljši kot Rocksnake. Vsebuje anatomsko oblikovane naramnice, 2 stabilna ročaja, odsevne trakove za boljšo vidnost, robovi so izdelani iz ojačanega materiala, možnost personificiranega napisa.
- **Ostala oprema in zahteve**, ki so vezane na osnovno vozilo, vozniško kabino in bolniški prostor:
  - Zračno vzmetenje z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg.
  - Avtoradio z možnostjo navigacije za 2 DIN odprtino
  - Prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji.
  - Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stropu.
  - Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom:
    - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV, funkcija zrcaljenja slike.
  - Kamera za vzvratno vožnjo:
    - namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za reševalnim vozilom in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje.



- Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 220 V z blokado zagona.
- Senzorski sistem za pomoč pri parkiranju (senzorji spredaj in zadaj).

## VOZILO

Mere bolniškega prostora:

Dolžina:	min. 2930 mm
Širina:	min. 1960 mm
Višina:	min. 1.870 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 TIP C 1.870 mm merjeno v področju IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 TIP C

Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

**Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015 ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789-2007 po osnih obremenitvah.**

V skupno maso vozila se šteje:

- Masa predelanega vozila pripravljenega za vožnjo.
- 5 oseb po 75 kg/osebo - skupaj 375 kg.
- 260 kg za medicinsko opremo ( po standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C ).

**Dokazila:** Izjava o skladnosti (OBR-5).

## **15. FINANČNA ZAVAROVANJA**

### Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora priložiti k ponudbi bianco menico za resnost ponudbe v višini 3 % ponudbene vrednosti brez DDV in menično izjavo. Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je do 31.12.2017.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po odpiranju ponudb umakne ali spremeni svojo ponudbo,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik bo moral v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo s pooblastilom v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku garancijskega roka, najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe.

Naročnik jo bo lahko vnovčil, če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini.

### Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik bo moral v primeru izbora na javnem razpisu naročniku ob podpisu pogodbe predložiti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti 60 dni preteku pogodbenega roka za dobavo, najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe.

Naročnik jo bo lahko vnovčil, če izbrani ponudnik ne bo izpolni svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku, obsegu in količini.

## **16. Ponudbena vrednost**

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (prevozne, špeditorske, carinske, zagona, testiranja, validacija, šolanja, uvajanja, dovoljenj ustreznih inštitucij ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Prav tako je treba izkazati stopnjo in znesek davka na dodano vrednost. Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe. Končna vrednost ponudbe (vrednost za plačilo) mora vsebovati vse stroške in davek na dodano vrednost.

Cene in končna ponudbena vrednost predračuna so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Kasnejši odmiki od ponudbene vrednosti niso možni.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: vsa oprema, dostava na lokacijo naročnika, priključitev, validacija in funkcionalni preizkus, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, plačilo podizvajalcem ter ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. potrdila, meritve, nadzor, poročila in vsa ostala dokumentacija, ki je potrebna in jo zahteva naročnik) in vse ostale elemente, ki so razvidni iz opisa popisa dela in materiala in vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.

## **17. Merilo**

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri ponudnika: najnižja ponudbena cena ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije.

## **18. Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati 15. 4. 2018.

## **19. Variantne ponudbe**

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

## **IV. JAVNO ODPIRANJE PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 11. 2017 ob 12.00 uri v prostorih sejne sobe naročnika.

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Pooblaščenec ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb.

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb posredoval vsem ponudnikom.

## **V. POGODBA**

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo v skladu z določbami vzorca pogodbe iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v 10 dneh po pozivu in predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu), sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti in bo naročnik zato uveljavljal izvršitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.

## **VI. KONČNA DOLOČILA**

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz celotne razpisne dokumentacije. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

## **VII. IZLOČITEV PONUDB/USTAVITEV POSTOPKA/ZAVRNITEV VSEH PONUDB/ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila oddal naročilo v skladu z določili ZJN-3.

V skladu z določili ZJN-3 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih operativnih ali drugih obveznosti do ponudnika. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

## **VIII. PRAVNO VARSTVO**

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Zahtevki za revizijo se vložijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Zahtevki za revizijo, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vložijo najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Če naročnik ugotovi, da zahtevki za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Direktorica  
mag. Janja Knapič

## 1. PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ. IZVAJALCIH V SKUPNEM NASTOPU PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupnega nastopa)

Na podlagi Obvestila o naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št.: NMV-S-02/2017, z dne 20. 10. 2017 za javno naročilo št.:....., predmet: »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo«, dajemo /ponudnik obvezno označi eno izmed možnosti/:

- samostojno ponudbo – kot samostojni ponudnik
- skupno ponudbo
- ponudbo s podizvajalci

Naziv oz. firma ponudnika:

Naslov/sedež ponudnika:

Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Številka transakcijski račun IBAN:

Zakoniti zastopnik:

Telefonska številka:

Številka telefaksa:

Kontaktna oseba:

Elektronski naslov:

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Pristojni davčni urad:

Datum: \_\_\_\_\_

žig in podpis ponudnika:

V primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno ta obrazec izpolniti za vsakega partnerja skupne ponudbe, oz. glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci.

## 2. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. Hkrati pa ponudniki za vsakega podizvajalca izpolnijo tudi 1. točko tega obrazca.

Zap. št.	Nazivi podizvajalcev
1.	
2.	
3.	
4.	

Ponudnik izpolni tabelo za vsakega podizvajalca tolikokrat, kolikor različnih delov izvedbe naročila bo posamezni podizvajalec izvedel.

## 3. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA V SKUPNI IZVEDBI

To točko izpolnijo ponudniki v primeru, da bodo javno naročilo izvedli v skupni izvedbi. Hkrati pa vsak od so-ponudnikov izpolni tudi 1. točko tega obrazca.

Zap. št.	Nazivi so-ponudnikov
1.	
2.	
3.	
4.	

Ta obrazec podpišejo predstavniki vseh ponudnikov, ki so predložili skupno ponudbo. Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;
- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave;

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika

PONUDNIK

.....  
.....  
.....**PREDRAČUN**

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila »Nadgradnja vozila v reševalno vozilo« za potrebe Zdravstvenega doma Laško podajamo sledeči predračun:

Skupna končna vrednost brez DDV: .....EUR  
DDV \_\_\_\_\_ %: .....EUR

SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV: .....EUR

PROIZVAJALEC: \_\_\_\_\_

TIP OPREME: \_\_\_\_\_

**Opomba:**

- Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.
- Ponudnik naj oblikuje ponudbo na lastnih obrazcih tako, da bodo v njej zajete vse postavke iz predračuna. Prav tako naj ponudnik v svoji ponudbi izkaže cene in vrednosti brez davka na dodano vrednost, stopnjo davka ter skupno vrednost za plačilo z DDV.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije.

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV

Naročniku Zdravstveni dom Laško pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- v preteklih šestih (6) mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov oziroma je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih šestih (6) šteto od dneva odpiranja - mesecih enako nič,

- imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,

**Priloge:**

- predložitev ustreznega BON obrazca ali potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR (predloži ponudnik in vsak so-ponudnik pri skupni ponudbi).

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:



Ponudnik: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## IZJAVA O SERVISIRANJU IN DOBAVI

Naročniku Zdravstveni dom Laško, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo:

- pooblaščen in usposobljen servis in vzdrževanje za predelavo na območju Republike Slovenije;
- v garancijskem in pogarancijskem obdobju servis na naslednjih naslovih:

- ZA NADGRADNJO VOZILA:

\_\_\_\_\_

(na območju \_\_\_\_\_)

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

-ZA VGRADNO OPREMO:

\_\_\_\_\_

(navedite naslov servisa in kontaktni telefon, fax, e-poštni naslov)

Prav tako bomo:

- v garancijskem in pogarancijskem obdobju naročniku zagotavljali tudi nadomestne dele za dobavljeno opremo.

Servis za in vgrajeno opremo bomo zagotovili v roku 5 delovnih dni od javljanja oziroma prijave okvare/napake.

- bo vozilo dobavil najkasneje v roku 120 dni od datuma sklenitve pogodbe in da bo dostava in prevzem vozila na sedežu Zdravstvenega doma Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 LAŠKO;
- bo ponudnik zagotovil, da bo imelo reševalno vozilo ob dobavi opravljeno homologacijo;
- bo ponudnik zagotovil garancijo za predelavo vozila in materiale 36 mesecev od dneva uspešne primopredaje vozila;
- bo ponudnik zagotavljal pooblaščen in usposobljen lasten oziroma pogodben servis v Republiki Sloveniji za vso ponujeno in dobavljeno blago za vgrajeno opremo mora biti zagotovljen v roku 5 delovnih dni od prijave okvare/napake. Ponudnik mora naročniku zagotavljati nadomestne dele za dobavljeno vozilo in opremo v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

PONUĐNIK:

.....  
 .....  
 .....

## IZJAVA O SKLADNOSTI

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015 tip C. Iz tega sledi, da morajo posamezni sklopi izpolnjevati naslednje zahteve:

15. Interior mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015.
16. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.3.
17. Sistem za zračenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.4.
18. Sistem za gretje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.1.
19. Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.5.2.
20. Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.6.
21. Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.7.
22. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.5.9.
23. Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 6.3.8. in EN ISO 9170-1:2008.
24. Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015.
25. Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 12218.
26. Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2.
27. Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.4.
28. Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2007+A2:2015 – 4.4.5.

Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu medicinske pomoči. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m<sup>2</sup>. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.

Vozilo mora biti opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti iz samolepilne folije v kvaliteti enaki ali boljši 3M v oranžni fluorescentni barvi RAL 3024 ter napisi v modri barvi. Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

V ponudbeni dokumentaciji morajo biti predložena dokazila, ki dokazujejo skladnost s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015:

- Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015;
- Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015 ;
- Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015;
- Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju, iz katerega je nedvoumno razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno vozilo;
- Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg;
- Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega;
- Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg;
- katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika:  
dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila.

Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu EN SIST 1789:2007+A2:2015, registrirane v eni izmed držav Evropske unije. Kot priloga je zahtevana akreditacija.

Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku treh (3) dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo, s katerim dokazuje usposobljenost za izvedbo predmeta javnega naročila.

## **OSNOVNO VOZILO**

Naročnik bo dal na razpolago predelovalcu osnovno vozilo Volkswagen Transporter T6 2.0 TDI 4Motion, DMR(daljša medosna razdalja) z opremo.

Datum: \_\_\_\_\_

Žig in podpis ponudnika:

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje izjave in naloga)

**MENIČNA IZJAVA**

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenjem bianco menice

Naročniku, Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, kot garancijo za resnost ponudbe za razpis dobave reševalnega vozila po postopku javnega naročila male vrednosti izročamo eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščen oseba za zastopanje:

\_\_\_\_\_  
*ime in priimek)*

\_\_\_\_\_  
*(podpis)*

S to izjavo pooblaščamo .....ki ga zastopa .....da izpolni bianco menico za resnost ponudbe št..... z dne..... v vrednosti .....

Menico se izpolni s klavzulo »brez protesta«.

Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da uporabi izpolnjeno menico v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom in zavarovanje (menico in menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku)

Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da menico domicilira pri \_\_\_\_\_  
.....(pooblaščen ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*(podpis pooblaščene osebe)*

*Žig:*

Priloga:  
1x bianco menica

(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum izdaje izjave in naloga)

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice za odpravo napak v garancijskem roku

Naročniku, Zdravstveni dom Laško, za odpravo napak v garancijskem roku za razpis dobave reševalnega vozila po postopku javnega naročila male vrednosti izročamo eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščen oseba za zastopanje:

\_\_\_\_\_  
*ime in priimek*

\_\_\_\_\_  
*(podpis)*

S to izjavo pooblaščamo .....ki ga zastopa .....da izpolni bianco menico za odpravo napak v garancijskem roku št..... z dne..... v vrednosti .....

Menico se izpolni s klavzulo »brez protesta«.

Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da uporabi izpolnjeno menico v naslednjih primerih:

- da svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi.

Zdravstveni dom Laško pooblaščamo, da menico domicilira pri \_\_\_\_\_  
.....(pooblaščen ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
*(podpis pooblaščen osebe)*

*Žig:*

Priloga:  
1x bianco menica

**VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI***Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ*Za: **Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško**

Datum: \_\_\_\_\_ (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA GARANCIJE/ZAVAROVANJA:** Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici**ŠTEVILKA:** \_\_\_\_\_ (vpiše se številka garancije/zavarovanja)**GARANT:** \_\_\_\_\_*(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)***NAROČNIK GARANCIJE:** \_\_\_\_\_*(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)***UPRAVIČENEC:** Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško**OSNOVNI POSEL:** pogodba \_\_\_\_\_ št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_ (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), za dobavo .....**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša \_\_\_\_\_ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena.**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov \_\_\_\_\_ (navede se SWIFT naslova garanta)**KRAJ PREDLOŽITVE:** \_\_\_\_\_ (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)**DATUM VELJAVNOSTI:** Finančno zavarovanje mora veljati do predvidenega obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika, podaljšanega za 30 (trideset dni, to je do \_\_\_\_\_ (vpiše se datum zapadlosti garancije)**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** \_\_\_\_\_ (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zaveujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)



**VZOREC POGODBE**

sklenjena med:

Zdravstveni dom Laško, Kidričeva ulica 5b, 3270 Laško, ki ga zastopa direktorica mag. Janja Knapič, (v nadaljnjem besedilu: naročnik)  
 matična številka: 5683114  
 davčna številka: 92281753  
 TRR: SI56 0125 7603 0921 362

in

....., ki ga zastopa  
 ..... (v nadaljevanju: prodajalec),  
 matična številka: .....  
 davčna številka: .....  
 TRR: ..... pri banki .....

**PREDMET POGODBE****1. člen**

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik dne \_\_\_\_\_ objavil javno naročilo s številko \_\_\_\_\_ in izvedel postopek oddaje javnega naročila, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral \_\_\_\_\_.

Predmet te pogodbe je nadgradnja vozila v reševalno vozilo, vključno z vso opremo, za potrebe Zdravstvenega doma Laško, na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne \_\_\_\_\_, pod številko objave \_\_\_\_\_. Tehnična dokumentacija in specifikacija je hkrati priloga te pogodbe.

**PREVZEM BLAGA, REKLAMACIJE, GARANCIJE IN SERVIS****2. člen**

Rok dobave reševalnega vozila je \_\_\_\_\_ dni. Prevzem vozila opravijo odgovorne osebe iz 11. člena te pogodbe.

Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika, ki so podani v razpisni dokumentaciji. Tehnični prevzem vozila se opravi na lokaciji naročnika, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z zahtevama naročnika ter postavi rok za odpravo morebitnih nepravilnosti.

Dobavitelj je dolžan vse nepravilnosti odpraviti v roku 8 dni od dneva prejema reklamacije.

### 3. člen

Ob dobavi vozila bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in opreme ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj zagotavlja garancijski rok za opremo \_\_\_\_\_.

Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku največ 5 dni od prejema reklamacijskega zahtevka naročnika.

Garancijski rok za vgrajene aparature je \_\_\_\_\_.

Redni servis za vozilo mora biti zagotovljen v Sloveniji. Prevzem na redni servis mora biti v roku 24 ur od prejete obvestila. Pooblaščen serviser mora zagotoviti brezhibnost vozila. V kolikor je trajanje rednega servisa daljše od enega dneva, mora dobavitelj zagotoviti nadomestno vozilo.

Dobavitelj je dolžan kriti vse stroške (razen stroškov popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica nepravilne rabe opreme) in organizirati vse redne in izredne servise.

### POGODBENA VREDNOST

### 4. člen

Skupna pogodbeno vrednost za izvedbo nakupa navedenega v 1. členu te pogodbe znaša:

Vrednost EUR: \_\_\_\_\_  
DDV EUR: \_\_\_\_\_  
SKUPAJ Z DDV EUR: \_\_\_\_\_

V pogodbeni vrednosti je zajeta vrednost blaga po priloženi ponudbi in tehnični specifikaciji. Pogodbeno vrednost za dogovorjeni obseg po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva do zaključka dobave.

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški, povezani z dobavo po razpisni dokumentaciji in tehnični specifikaciji.

### NAČIN PLAČILA

### 5. člen

Naročnik bo plačal dobavo vozila na podlagi prejetega E-računa. Pogoji za izstavitve E-računa je prevzem vozila oziroma primopredajni zapisnik.

Plačilo bo naročnik izvršil 30. dan po prejemu E-računa, na transakcijski račun izvajalca \_\_\_\_\_, odprt pri \_\_\_\_\_.

## 6. člen

### POGODBENA KAZEN

Dobavitelj se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti.

Dosežena maksimalna pogodbena kazen je lahko razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

### OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

## 7. člen

Dobavitelj se obvezuje:

- dobavo blaga izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in zakoni,
- tolmačiti naročniku ali upravnemu organu vse nejasnosti iz obsega pogodbene dobave blaga,
- sodelovati z naročnikom in upoštevati tehnične pogoje,
- izvršiti pogodbeno dobavo blaga gospodarno in pravočasno v korist naročnika,
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dovoljeni roki izpolnjeni,
- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe na prevzetem blagu, če se sporazumno ugotovi, da je dobavitelj dobavil pomanjkljivo blago ali je to zahteva upravni organ,
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- varovati poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij naročnika.

Naročnik se obvezuje:

- v dogovorjenih rokih dati na razpolago dobavitelju vso za izvajanje storitev po tej pogodbi potrebno dokumentacijo in informacije, ki so potrebne za dobavo blaga in s katero naročnik razpolaga,
- sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
- varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od dobavitelja ali njegovih sopogodbenikov in se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to dobavitelj zahteva.

## 8. člen

Splošno:

- za spremembe dogovorjenega obsega dobave blaga ali spremembe dogovorjenih rešitev ali postopkov, ki jih predlaga dobavitelj, mora dati soglasje naročnik,
- če se pokaže potreba, da se mora del že opravljenih storitev spremeniti iz kakršnih koli razlogov, morata dobavitelj in naročnik pisno ugotoviti in skupno določiti rok za dovršitev nadomestnih storitev. Pisno morata tudi ugotoviti, ali se sprememba storitev plača posebej ali pa iz vsote te pogodbe, za kar so odločujoči razlogi, zaradi katerih je prišlo do sprememb.

## **ROKI ZA IZVEDBO**

### **9. člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo dostavil vozilo v roku ..... dni od dneva podpisa pogodbe, in to na lokacijo naročnika. Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan dostave z odgovorno osebo naročnika.

## **FINANČNO ZAVAROVANJE**

### **10. člen**

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v 10 dneh po podpisu te pogodbe brezpogojno in nepreklicno - garancijo, v višini 10 % pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv. S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kвалiteti, količini in pogodbenem roku.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za začetek veljavnosti pogodbe in mora veljati še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del na katere se nanaša, tj. do \_\_\_\_\_.

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v 10 dneh po podpisu te pogodbe brezpogojno in nepreklicno - garancijo, v višini 5 % pogodbene vrednosti za odpravo napak v garancijskem roku, z rokom veljavnosti vsaj še 30 dni po poteku garancijskega roka.

## **POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI**

### **11. člen**

Pogodbeni stranki bodo pri izvajanju pogodbe zastopali pooblaščeni predstavniki:

Pooblaščen predstavnik naročnika je mag. Janja Knapič

Odgovorne osebe za prevzem vozila:

- Pooblaščeni predstavnik naročnika je: Tomaž Kavzer
- Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je \_\_\_\_\_.

## **ODSTOP OD POGODBE**

### **12. člen**

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom dobavitelju, kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je naročnik dolžan dobavitelju plačati do tedaj opravljeno delo.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja v primeru:

- če dobavitelj ravna v nasprotju s pravili znanosti in stroke ali prisilnih predpisov,
- če dobavitelj ne upošteva ekonomskega interesa naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
- če dobavitelj drugače huje krši obveznosti iz te pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je dobavitelj dolžan povrniti naročniku vse stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude.

## **PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

### **13. člen**

Pogodbene stranke s sklenitvijo predmetne pogodbe potrjujejo, da poznajo vsebino in se zavedajo pomena ter posledic protikorupcijske klavzule iz drugega odstavka tega člena.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

## **SOCIALNA KLAUZULA**

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega podizvajalca.

## **KONČNE DOLOČBE**

### **14. člen**

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.

### **15. člen**

Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo o sporih odločalo pristojno sodišče na sedežu naročnika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega zavarovanja, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje v skladu z določili iz te pogodbe.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva (2) izvoda.

V ....., dne .....

v Laškem , dne .....

Dobavitelj  
.....

Naročnik  
Zdravstveni dom Laško  
Direktorica:  
Mag. Janja Knapič

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na ovojnico oz. ovitek!

<p>Pošiljatelj: Naziv: Naslov:</p>	<p>Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik): Datum: ..... Ura: ..... Zap. št.: ..... Podpis: ..... žig</p>
<p>Javno naročilo:</p> <p style="text-align: center;"><b>NADGRADNJA VOZILA V REŠEVALNO VOZILO</b></p> <p>številka: NMV-S-02/2017</p>	<p>Prejemnik: <b>Zdravstveni dom Laško Kidričeva ulica 5b 3270 LAŠKO</b></p>
<p><b>NE ODPIRAJ - PONUDBA!</b></p>	